


КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ
АҚТӨБЕ ШЖҚ «ОБЛЫСТЫҚ
ҚАН ОРТАЛЫҒЫ» МКК



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКТЮБИНСКИЙ ГКП на
ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
КРОВИ»

030012 Ақтөбе қ., Ағайынды Жұбановтар к-сі, 253
e-mail: centraktobe@mail.ru
ИИК KZ 316010121000002153
БИК HSBKZKZ
РНН 061800081450
ҚР Халықтық Банк Филиалы
Тел: (7132)56-47-96,54-21-18 факс



030012 г.Актөбе, ул.Братьев Жубановых, 253
e-mail : centraktobe@mail.ru
ИИК KZ 316010121000002153
БИК HSBKZKZ
РНН 061800081450
Филиал Народного Банка РК
Тел: (7132)56-47-96,54-21-18(факс)

Генеральному директору
AG Medical Company
Есимову Д.А.

Отзыв

о наборах Эритрогест – Иммуноконтроль ООО «Гематолог»

В лаборатории тестирования крови ГКП на ПХВ Областной центр крови УЗ актюбинской области были проведены определения антиэритроцитарных антител 5 (пяти) донорам и 5(пяти) реципиентам проведена групповая совместимость и совместимость по резус фактору с использованием эритрогест –иммуноконтроль.

Вывод после проведения апробации: экспресс-метод удобен в военно-полевых условиях, в условиях массовой заготовки крови. Можно производить трансфузии компонентов крови используя этот экспресс-метод, с проведением предтрансфузионных исследований на групповую принадлежность, иммунные антиэритроцитарные антитела, пробы на совместимость по группе крови и резус фактору с использованием набора эритрогест – иммуноконтроль. Исследования проводятся на плоскости. Не требует длительного времени и дополнительных реактивов и оборудования, что сокращает время обследования. Данный набор является надежным и простым средством для проведения иммунной совместимости крови донора и больного.

Заведующая лаборатории ОТК

Заместитель директора по МЧ

Солошенко Т.С.


Абдрахманова Г.Б.

Директору ОЦК
Неталиной Г.Ж.
от врача трансфузиолога
БСМП Губашевой А.Е.

Отзыв на эритрогест

Довожу до вашего сведения, что набор изделий для экспресс-определения АВО и резус принадлежности крови человека очень удобны в применении, практичны, не занимает много времени для раскапывания реактивов. Очень удобно что можно определить группу крови и Rh ф у постели больного, с минимальным количеством (капля) крови.

5.07.18.



вр. Губашева А.Е.